



Stichting **Reanimatie Netwerk Amersfoort**

AED check

Deze AED-check graag 1x per maand uitvoeren of na een inzet/incident (je ontvangt daarover bericht).

Details op www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl/aedcontroleurs

1. AED aanwezig?
2. Controlelampje AED OK?
3. Hulpset aanwezig?
4. Pieptonen of gesproken boodschappen hoorbaar?
5. Buitenkast onbeschadigd?
6. Cijferslot leesbaar en gaat het open? Kast zelf alleen openen na expliciet verzoek.
7. Buitenkast verwarming ok?
8. Verzegeling ok?
9. Alleen na inzet/incident als je daartoe een verzoek krijgt: Buitenkast goed dicht en/of AED uit de kast gehaald? Kast zelf alleen openen na expliciet verzoek.
10. Noteer de datum/tijd controle voor jezelf

Melden van problemen/storingen

Mail naar wijken@reanimatienetwerk-amersfoort.nl

Bij een urgent probleem: bel 033-833 0 833 en kies voor optie 1 (storingen aan AED's en buitenkasten)



Stichting **R**eanimatie **N**etwerk **A**mersfoort